## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

| | |
|---|---|
| Производительность: | 60 образцов/час |
| Объем образца: | 50/µL венозной крови |
| | 20 /µL капиллярной крови |
| База данных: | Полные результаты по 40 000 образцам крови с гистограммами |
| Контроль качества: | 2 программы контроля качества:<br>1) X bar M, Levy-Jennings из 6 файлов<br>2) для всех Эйтчек параметров - Международная Система Контроля Качества |
| Обозначение образца: | 15 знаков |
| Интерфейс: | Цветной, сенсорный LCD Дисплей<br>Меню – русский язык<br>Встроенный тепловой принтер (серийный)<br>Параллельный принтер для распечатки графических и цифровых результатов анализа<br>Линейный принтер (серийный)<br>Устройство для чтения штрихового кода (серийное)<br>Возможность подключения к центральному компьютеру клиники или подключение к сети |
| Размеры: | 420 x 480 x 355 мм |
| Вес: | 30 кг |

**Директор ГККП «ЖТП №2»** **Самаликова Н.Р.**